

Tableau 6b Comparatif des exigences réglementaires minimales de l'arrêté du 16 juillet 2007 et des recommandations du HCB/niveau de sécurité biologique 3

Dispositions	Niveaux de sécurité L3/C3		
	Arrêté 16/07/07	Recommandations HCB	Prescriptions retenues
Porte maintenue fermée pendant les expériences.	Oui	Oui	Oui
Accès via un sas muni de portes asservies ne pouvant pas s'ouvrir simultanément.	Oui	Oui (voire deux sas) ** Pression positive et filtration HEPA	Oui ** Pression positive et filtration HEPA
Possibilité de fermer hermétiquement la salle dédiée aux activités techniques pour permettre la désinfection.	Oui	Oui	Oui
Filtration de l'air entrant de la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).	Oui	Oui	Oui
Filtration de l'air extrait dans la salle dédiée aux activités techniques (filtre HEPA).	Oui	Oui	Oui
Fenêtres fermées pendant la manipulation.	Oui (hermétiquement closes)	Oui (hermétiquement closes)	Oui (hermétiquement closes)
Maintien d'une pression négative dans la salle dédiée aux activités techniques par rapport aux zones voisines.	Oui	Oui	Oui
Système d'alarme pour détecter tout changement anormal de la pression de l'air.	Oui	Non précisé	Oui
Approvisionnement en énergie électrique de secours.	Optionnel	Non précisé	Optionnel
Système de ventilation de secours.	Optionnel	Non précisé	Optionnel
Présence d'au moins un poste de sécurité microbiologique.	Oui	Oui type II certifié par le LNE	Oui type II*
Vêtements de protection.	Oui	Oui Blouse à boutonnage dorsal Double gantage préconisé	Oui Voir tableau n°9
Surfaces imperméables à l'eau, résistantes aux agents de nettoyage et de désinfection, sans endroit inaccessible au nettoyage.	Oui sols, murs, plans de travail, plafonds	Oui sols, murs, plans de travail, plafonds	Oui sols, murs, plans de travail, plafonds
Présence d'une douche.	Optionnel Si oui, à proximité de la salle dédiée aux activités techniques	Non précisé	Optionnel
Présence d'un autoclave.	Oui Dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate	Oui Dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate	Oui Dans la salle dédiée aux activités techniques, à double entrée ou à proximité immédiate ***
Présence d'un sas de désinfection liquide ou gazeuse.	Non précisé	Oui	Oui
Cages, moyens de contention, procédures d'euthanasie appropriés aux espèces animales (si manipulation d'animaux).	Oui	Oui Enceintes ventilées Cages à couvercle filtrant	Oui Enceintes ventilées Cages à couvercle filtrant
Stockage des agents biologiques dans un lieu sécurisé.	Oui	Oui	Oui
Inactivation des déchets.	Obligatoire Avant sortie de l'établissement	Obligatoire Avant sortie du laboratoire	Obligatoire Avant sortie du laboratoire
Inactivation des agents biologiques dans les effluents par des moyens appropriés.	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire

* Certifié LNE si manipulation d'OGM - ** cf. manuel HCB page 174 « Confinement C3 - pratiques de travail » - *** Obligatoirement double entrée si manipulation « MOT annexe I »